



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت TORCH



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۴۳۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰

ردیف	آزمایش	نتیجه	واحد	نتیجه نهایی	سازنده کیت	روش آزمایش	نتیجه مورد انتظار
۲	Rubella (IgG)	۵۹	IU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
۳	CMV (IgG)	۱۲۱.۱	AU/mL	Positive	Abbott	CL	Positive
	HSV (IgG)	۳۵.۹	UA/mL	Positive	Others	CL	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Rubella (IgG)	Positive	۶۵	۲۵	۱۵	۸۵	۴
	Negative	۱			۱	
	Suspicious	۱				
CMV (IgG)	Positive	۷۱	۲۲	۲۰	۶۱	۳
	Negative	۲			۴	۱
HSV (IgG)	Positive	۲۵	۲	۲	۷۱	۵
	Negative				۴	