



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لتوفیلیزه

دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۱۳۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	PT	۱.۰۲	۱.۰۰	۰	۰.۲۲	۲%	جزئیات
۲	PTT	۴۰.۶	۳۶.۰۳	۱۱.۸۶	۱.۴۱	۱۲.۶۷%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول