



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۱۱۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۲۸۷	۲۸۰.۳۳	۲.۴۸	۰.۴۰	۲.۳۸%	جزئیات
۲	Uric Acid	۹.۴	۹.۷۸	۷.۹۸	-۰.۵۱	۳.۹۲%	جزئیات
۳	Creatinine	۴.۳۷	۴.۲۸	۴.۷۲	۰.۲۳	۲.۰۶%	جزئیات
۴	Total Bilirubin	۴.۶۲	۴.۶۲	۴.۱۴	-۰.۰۰	۰.۰۴%	جزئیات
۵	Direct Bilirubin	۱.۴۲	۱.۶۹	۱۱.۸	-۰.۸۳	۱۵.۹۸%	جزئیات
۶	Cholestrol	۳۰۴	۲۸۹.۱۹	۲.۵۳	۰.۸۵	۵.۱۲%	جزئیات
۷	Triglyceride	۲۵۰	۲۵۲.۵۳	۳.۰۲	-۰.۱۳	۱%	جزئیات
۸	HDL	۱۱۴	۱۱۳.۹۶	۲.۶۲	۰.۰۰	۰.۰۳%	جزئیات
۹	LDL	۱۴۴	۱۴۹.۰۰	۴.۳۹	-۰.۲۲	۳.۳۵%	جزئیات
۱۰	Albumin	۳	۳.۱۰	۵.۳۸	-۰.۵۵	۳.۲۹%	جزئیات
۱۱	Protein	۴.۵	۴.۵۵	۹.۱۷	-۰.۲۱	۱.۰۶%	جزئیات
۱۲	ALP	۳۱۱	۳۱۴.۷۰	۵.۲۹	-۰.۰۸	۱.۱۷%	جزئیات
۱۳	AST	۱۳۸	۱۳۵.۳۹	۴.۲۷	۰.۱۹	۱.۹۳%	جزئیات
۱۴	ALT	۱۳۷	۱۲۹.۵۷	۳.۳۳	۰.۵۷	۵.۷۴%	جزئیات
۱۵	CPK	۴۹۵	۴۸۹.۷۶	۳.۹۶	۰.۰۷	۱.۰۷%	جزئیات
۱۶	LDH	۳۵۷	۳۷۲.۴۱	۲.۸	-۰.۵۲	۴.۱۴%	جزئیات
۱۷	Amylase	۲۹۵	۳۳۷.۸۸	۷.۸۷	-۱.۱۰	۱۲.۶۹%	جزئیات
۱۸	Lipase	۶۱	۶۹.۹۶	۱۳.۸۳	-۰.۷۱	۱۲.۸۱%	جزئیات
۱۹	GGT	۱۹۰	۱۷۲.۹۵	۹.۵۶	۰.۹۰	۹.۸۶%	جزئیات
۲۰	Calcium	۱۲.۵	۱۲.۷۰	۱.۹۸	-۰.۳۱	۱.۵۴%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Phosphorus	۷	۶.۹۸	۲.۵۵	۰.۰۳	۰.۲۷%	جزئیات
۲۲	Iron	۲۳۴	۲۱۹.۲۴	۴.۷۹	۰.۵۶	۶.۷۳%	جزئیات
۲۳	UIBC	۱۸	۱۱.۷۸	۷۱.۴۸	۳.۵۲	۵۲.۷۸%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۵۲	۲۹۲.۸۳	۲۴.۱۵	-۰.۹۳	۱۳.۹۴%	جزئیات
۲۵	Transferin	۱۸۳	۱۸۵.۱۹	۴.۸۵	-۰.۰۸	۱.۱۸%	جزئیات
۲۶	Sodium	۱۶۰	۱۵۳.۰۴	۲.۸۹	۲.۲۷	۴.۵۵%	جزئیات
۲۷	Potassium	۵.۶	۵.۸۳	۵.۰۴	-۱.۱۱	۳.۸۸%	جزئیات
۲۸	Tf	۲۱.۲	۱۹.۱۲	۹.۳	۰.۹۱	۱۰.۸۹%	جزئیات
۲۹	TSH	۱۱.۵۲	۱۲.۰۴	۶	-۰.۳۶	۴.۳۲%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۱۳.۲۴	۱۴.۰۳	۱۳.۶۹	-۰.۵۶	۵.۶۲%	جزئیات
۳۱	Ferritin	۲۶.۳۵	۲۷.۰۳	۱۰.۷۸	-۰.۱۷	۲.۵۳%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول