



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل



دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۲۱۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۴.۰۵	۴.۲۰	۳.۸۹	-۰.۴۴	۳.۵۵%	جزئیات
۲	RBC	۳.۰۳	۳.۳۰	۲.۲۸	-۲.۷۲	۸.۱۵%	جزئیات
۳	Hb	۹۷	۹۴.۹۱	۳.۰۸	۰.۷۴	۲.۲۱%	جزئیات
۴	Hct	۲۹	۲۹.۳۴	۳.۰۵	-۰.۲۹	۱.۱۸%	جزئیات
۵	MCV	۹۸.۳۰	۸۸.۸۷	۲.۶۶	۲.۶۵	۱۰.۶۱%	جزئیات
۶	MCH	۳۲	۲۸.۶۵	۳.۴۸	۳.۸۹	۱۱.۶۹%	جزئیات
۷	MCHC	۳۲۶	۳۲۲.۳۵	۳.۳۱	۰.۲۸	۱.۱۳%	جزئیات
۸	Plts	۳۰۴	۴۰۰.۹۸	۸.۷۲	-۲.۴۲	۲۴.۱۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول