



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۱۱۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۶.۱۷	۶.۲۶	۳.۸۶	-۰.۱۸	۱.۴۲%	جزئیات
۲	RBC	۴.۲۷	۴.۳۵	۲.۰۲	-۰.۶۱	۱.۸۴%	جزئیات
۳	Hb	۱۳۵	۱۳۴.۸۸	۱.۳۵	۰.۰۳	۰.۰۹%	جزئیات
۴	Hct	۳۶	۳۶.۴۷	۳.۱۲	-۰.۳۲	۱.۳%	جزئیات
۵	MCV	۸۴.۸	۸۴.۰۳	۲.۳۱	۰.۲۳	۰.۹۱%	جزئیات
۶	MCH	۳۲	۳۰.۹۵	۳.۰۳	۱.۱۳	۳.۴%	جزئیات
۷	MCHC	۳۷۳	۳۶۹.۷۲	۳.۳۵	۰.۲۲	۰.۸۹%	جزئیات
۸	Plts	۲۰۶	۲۱۲.۵۴	۴.۴۸	-۰.۳۱	۳.۰۸%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول