



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۱۱۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۶.۶۵	۶.۶۲	۵.۱۷	۰.۰۶	۰.۴۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	RBC	۴.۵	۴.۵۸	۳.۲۹	-۰.۶۱	۱.۸۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Hb	۱۵۰	۱۴۶.۷۸	۲.۵۴	۰.۷۳	۲.۱۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Hct	۴۲	۴۱.۹۶	۴.۳	۰.۰۲	۰.۰۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	MCV	۹۴.۲۰	۹۱.۷۰	۳.۴۶	۰.۶۸	۲.۷۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	MCH	۳۳	۳۲.۰۴	۴.۳۸	۱.۰۰	۳.۰۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	MCHC	۳۵۴	۳۵۰.۶۵	۴.۱۴	۰.۲۴	۰.۹۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Plts	۲۱۹	۲۲۵.۰۲	۱۰.۶۹	-۰.۲۷	۲.۶۷%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول