



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۲۰

آزمایشگاه: مرکزی فردیس ۵.۱۳۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Abbott	CL		Positive	HBs Ag
Negative	Abbott	CL		Negative	HCV Ab
Positive	Abbott	CL		Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۸	۴۰	۴	۲	۲	Negative	
۱۵	۱۱۲۷	۱۰۳	۱۴۸	۱۷۱	Positive	HBs Ag
	۸		۱		Suspicious	
۲۲	۱۲۰۳	۹۸	۱۵۲	۸۹	Negative	HCV Ab
	۵		۱		Positive	
۴	۱۱	۲		۱	Negative	
۱۸	۱۱۶۳	۱۵۲	۱۵۳	۱۰۶	Positive	HIV Ab
۱	۱				Suspicious	